

グリシルグリシン(医薬部外品原料規格)

米山薬品工業株式会社

品質規格

規格項目	規格値
性状	標準品と同等
確認試験(1)	液は青紫色を呈する
(2)	標準品と同一のRf値に単一のスポットを認める
純度試験(1)塩化物(Cl)	0.005%以下
(2)硫酸塩(SO ₄)	0.005%以下
(3)アンモニウム(NH ₄)	0.020%以下
(4)重金属(Pbとして)	10ppm以下
(5)ヒ素(As ₂ O ₃)	1ppm以下
乾燥減量	0.2%以下
強熱残分	0.10%以下
含量	98.5%以上